

医療機器の 生物学的安全性試験

SLCの受託試験

SLCでは、医療機器の生物学的安全性試験（GLP適用/非適用）を受託しております。

GLP適用試験

ウサギを用いた

発熱性物質試験

ウサギを用いた

刺激性/皮内反応試験

マウスを用いた

急性全身毒性試験

V79細胞を用いた

細胞毒性試験

ウサギ血液を用いた

溶血毒性試験

規格基準：医療機器審査No.36,

ISO-10993等

非GLP試験

ウサギを用いた

発熱性物質試験

ウサギを用いた

皮内反応試験

マウスを用いた

急性毒性試験

V79細胞を用いた

細胞毒性試験

ウサギ血液を用いた

溶血性試験

ウサギを用いた

埋植試験

規格基準：日本薬局方等



日本エスエルシー株式会社は2009年、
医療機器 **GLP** 適合確認の評価を取得致しました。



日本エスエルシー株式会社 <http://www.jslc.co.jp/>

試験に関するお問い合わせは

バイオテクニカルセンター(略称:BTセンター)
TEL(053)437-5348 FAX(053)436-4320

